

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

Type Approval Certificate for Ex-Equipment

| | |
|---|---|
| 申請者 Applicant | Rheonics GmbH |
| 製造者 Manufacturer | Rheonics GmbH Zuercherstrasse 41 8400 Winterthur Switzerland |
| 品名 Equipment | Fluid Properties Sensors |
| 型式の名称 Type Identification | Type-SR, Type-DV, and Type-BT |
| 防爆構造の種類 Type of Protection | Intrinsic safety "ia" |
| 対象ガス又は蒸気の爆発等級 及び発火度 Equipment group, Temperature class and EPL | IIC/IIB/IIA T6 ... T1 Ga IIIC T200 85°C ... 435°C Da |
| 防爆記号 Ex marking | Ex ia IIC/IIB/IIA T6 ... T1 Ga Ex ia IIIC T200 85°C ... 435°C Da |
| 適用基準 Applicable standards | JNIO SH-TR-46-1:2020 JNIO SH-TR-46-6:2015 |
| 定格 Rating | See user manual |
| 使用条件 Specific condition of use | Yes, see user manual |
| レポート番号 Report number | 557 / JPEX 0001.01 / 24 |
| 型式検定合格番号 Certificate Number | TÜV 24 JPEX 0001 X, Issue 01 |
| 有効期間 Duration of Validity | From 2024.08.05 To 2027.08.04 |
| 型式検定者の所属及び氏名 Section and name of the approver | Klauspeter Graffi |
| 同一型式 Variants | N/A |

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

The Equipment passed the Type Approval according to the inspection rule for machinery.

発行日
Date of certificate 2024年8月5日
(YYYY.MM.DD)
型式検定実施者
Certified by テュフ ラインランド インダストリー サービス GmbH
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH


Klauspeter Graffi
(Type and signature of responsible person)